



Sigtuna 24-11-05

Kära kund,

Greiner Bio-One har informerat oss om att enheterna som nämns nedan visar avvikelser avseende återställning av gummihylsan efter punktering.

Greiner Bio-One har därmed beslutat att initiera ett återkallande av de nedan nämnda enheterna.

Av produktöverensstämmelse och säkerhetsskäl måste produkterna återkallas.

Vi ber dig vänligen isolera ditt lager, inklusive någon av dessa föremål på plats och se till att det berörda partiet tas ur bruk hos berörda kunder.

Artikelnummer

Batchnummer

450210

A240338Q

Vi önskar bekräftelse på att ni meddelat era slutkunder ev kunder som har fått denna artikel med berörd batch men även om du fortfarande har dessa kvar på lager och hur stor kvantitet.

Vi önskar få tillbaka uppgifterna så snart som möjligt så vi kan ersätta er för dessa produkter.

Om du har ytterligare frågor ber vi er kontakta Therese Enström hos Hettich Labinstrument AB.

therese@hettichlabinstrument.se

mobil: 0734401165

Ordern r	Produktn r	Kund/levn r	Kund/levnamn	Batchnumme r	Lageranta l
265380	450210	80751	Region Norrbotten	A2400338Q	900
265516	450210	80751	Region Norrbotten	A2400338Q	4000