

Beställningsunderlag vårdarstyrt drivaggregat Viamobil V25

Leverantör: Invacare

Särskild förskrivning:

Ja, vid ny förskrivning.

Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent

Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: _____

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice

Box 507

961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Övrig information

--


Viktig information från bruksanvisning

För att undvika skador måste användaren använda ordentliga skor under driften av Viamobil. Sandaler, tofflor, träskor eller liknande får inte användas. Det är även förbjudet att använda Viamobil barfota.

Viamobil får endast användas vid temperaturer mellan -25 °C och +50 °C.
Laddning av batteripaketet får endast ske i torra rum vid temperatur från 0° till högst 40°

Undvik att köra på lös mark (t.ex. grus, sand, lera, snö, is eller genom djupa vattenpölar).
Se mer i bruksanvisningen.

Vårdarstyrt drivaggregat Viamobil V25


Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Viamobil V25 std	☐ 56321	1521003N	Hastighet: max 5,5 km/h Körsträcka: ca 20 km Vikt: 13,5 kg Max brukarv: 160 kg

Information

En nödstoppfunktion finns i handreglaget – körreglaget trycks in förbi det reguljära motståndet, Då stannar drivmotorn omedelbart och koden 02 visas i displayen med en ljudsignal. Därefter kan man köra i gång som vanligt.

Om körreglaget inte används på 30 sekunder, aktiveras automatiskt elektrisk broms. Bromsen kopplas automatiskt ur så snart man startar igen.

Frikoppling: Dra ut frikopplingen i hjulets nav och vrid 90° i valfri riktning.
Återställs i motsatt ordning.





Ingår i grundutförandet

Drivenhet
Manöverbox
Batteri (Li-Ion)
Laddare
Bulthållare fram och bak (rakt)

Monteringsats + Bultar (fram och bak) för montering måste väljas och beställas enligt listan nedan.

Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Monteringssatser				
	Transit	<input type="checkbox"/> 56301	1465588	Från sittbredd 40 cm och uppåt
	Cross 6	<input type="checkbox"/> 56300	1594371	Montering ej möjlig med armstöd uppfällbart (Etac's art nr 25546)
	Cross 5	<input type="checkbox"/> xxxxx	1565550	
	Azalea, Azalea Assist 2016 Montering möjlig från sitthöjd: 45 cm	<input type="checkbox"/> 54528	1566408	<ul style="list-style-type: none"> Vid körbåge måste även artikel 56323 (1489921) beställas - fäste för manöverbox på körbygel. Original tipskydden måste ersättas av 1521032
	Azalea Assist Minor med 16" bakhjul	<input type="checkbox"/> 56320	1490760	<ul style="list-style-type: none"> Vid körbåge måste även artikel 56323 (1489921) beställas - fäste för manöverbox på körbygel.
Körhandtag (par)				
		<input type="checkbox"/> 56302	1521030	<ul style="list-style-type: none"> OBS! Behövs vara då rullstolens standardhandtag/bygel ej är tillräcklig Underlättar vid dockning av drivaggregatet samt ger mer stegutrymme.
Tippskydd V25 (par)				
		<input type="checkbox"/> 56324	1521032	Obligatoriskt vid lutningar på mer än 8%

Tillbehör, bultar (par)

Sittbredd	Bultlängd BAK	Lev art nr	Sesam	Bultlängd FRAM	Lev art nr	Sesam
Transit						
40	115	1521219	<input type="checkbox"/> 54526	112	1521226	<input type="checkbox"/> 54527
45	140	1521220	<input type="checkbox"/> 56305	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
50	165	1521221	<input type="checkbox"/> 56303	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
55	190	1521222	<input type="checkbox"/> 56304	222	1521225	<input type="checkbox"/> 56307
Cross 5						
40	90	1521218	<input type="checkbox"/> 56294	112	1521226	<input type="checkbox"/> 54527
42,5	115	1521219	<input type="checkbox"/> 54526	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
45	115	1521219	<input type="checkbox"/> 54526	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
47,5	140	1521220	<input type="checkbox"/> 56305	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
50	140	1521220	<input type="checkbox"/> 56305	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
Cross 6						
37,5	90	1521218	<input type="checkbox"/> 56294	112	1521226	<input type="checkbox"/> 54527
40	90	1521218	<input type="checkbox"/> 56294	112	1521226	<input type="checkbox"/> 54527
42,5	115	1521219	<input type="checkbox"/> 54526	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
45	115	1521219	<input type="checkbox"/> 54526	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
47,5	140	1521220	<input type="checkbox"/> 56305	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
50	140	1521220	<input type="checkbox"/> 56305	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
52,5	165	1521221	<input type="checkbox"/> 56303	222	1521225	<input type="checkbox"/> 56307
55	190	1521222	<input type="checkbox"/> 56304	222	1521225	<input type="checkbox"/> 56307

Azalea Minor						
34	90	1521218	<input type="checkbox"/> 56294	112	1521226	<input type="checkbox"/> 54527
Azalea						
39-45	115	1521219	<input type="checkbox"/> 54526	112	1521226	<input type="checkbox"/> 54527
44-50	140	1521220	<input type="checkbox"/> 56305	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308
49-55	165	1521221	<input type="checkbox"/> 56303	162	1521227	<input type="checkbox"/> 56308