

Beställningsunderlag drivaggregat E-motion

Leverantör: Invacare

Särskild förskrivning:

Ja, vid ny förskrivning.

Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent

Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: _____

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice

Box 507

961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Övrig information

--

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5112	Version 1.4

Viktig information


Vid flygresa med hjälpmedlet (Invacares information):

E-motion, särskilt litium-jon-batterierna som finns i den, uppfyller IATA-kraven (International Air Transport Association) för medtagning på flyg. Detta bekräftar vi årligen med vårt transportcertifikat, som utfärdas baserat på de IATA-föreskrifterna gällande farligt gods som ges ut i mitten av december varje år. Det aktuella certifikatet finns tillgängligt på Invacares hemsida för nedladdning.

Mer information, se bruksanvisning

Kontakta alltid researrangören eller flygbolaget redan vid planeringen av en resa gällande medtagning av e-motion på alla flyg som ni har bokat. Slutligen är det piloten som avgör om e-motion får tas med ombord eller om den ska avvisas. Detta beslut kan varken leverantören förskrivare påverka.

E-motion får endast användas vid temperaturer mellan -20 °C och +50 °C.

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	24" E-motion M25 med rostfri drivring	<input type="checkbox"/> 43388	1592559	Vikt: 7,8 kg/hjul Hinder: Max 5 cm
	22" E-motion M25 med rostfri drivring	<input type="checkbox"/> 50016	1592670	Hastighet: 6 km/h Körsträcka: Ca 25 km
	25" E-motion M25 med rostfri drivring	<input type="checkbox"/> 51700	1592658	Brukarvikt: 150 kg (24") 125 kg (22")
	24" E-motion M25 med tetra drivring	<input type="checkbox"/> * 50217	1592651	

***) Utgående – levereras o mån av tillgång på lager**

Ingår i grundutförandet

Drivhjul 2 st. (högtrycksdäck – Right Run) med rostfri drivring
Batteri, 1 st.
Batteriladdare
Fjärrkontroll ECS

Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Monteringssatser				
För montering på Panthera´s stolar				
	S3/U3	<input type="checkbox"/> 45363	1653509	För att kunna montera E-motion på Panthera-stolar måste även Panteras tidigare standardbakaxel beställas. Se nedan
	S2/U2	<input type="checkbox"/> 43389	1585094	
Pantheras tidigare standard-bakaxel				
	27 cm	<input type="checkbox"/> 37790	3300027	Krävs för montering av E-motion på Panthera-stol. 2019 ändrades materialet i standardbakaxeln från aluminium till kolfiber.
	30 cm	<input type="checkbox"/> xxxxx	3300030	
	33 cm	<input type="checkbox"/> 30485	3300033	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 30312	3300036	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 30401	3300039	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 30271	3300042	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 33710	3300045	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 40362	3300050	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5112	Version 1.4

För montering på Etac's stolar				
	Cross 5/Cross 5 XL	<input type="checkbox"/> 55983	1653510	
	Cross 6	<input type="checkbox"/> 56619	1663846	
	Prio	<input type="checkbox"/> 54954	1663884	
Modifierings-kit				
	Pantheras std-hjul, 12 mm axel	<input type="checkbox"/> 27939	1457835	Monteras på standardhjulen för att kunna växla mellan std-hjul och E-motionhjulen.
	Cross 5, Cross 6 std-hjul, (12,7/12x104 mm)	<input type="checkbox"/> 56618	1521191	
Drivringsöverdrag (styck)				
	24"	<input type="checkbox"/> 48020	1592421	Köp
	22"	<input type="checkbox"/> 51882	1592425	
Ekerskydd (styck)				
	Mönster: Comic 22"	<input type="checkbox"/> xxxxx	1592266	
	Mönster: Sphere 24"	<input type="checkbox"/> xxxxx	1592268	
	25"	<input type="checkbox"/> xxxxx	1592269	
	Mönster: Släta 24"	<input type="checkbox"/> 50216	1592553	
Fjärrkontroll				
	Fjärrkontroll ECS	<input type="checkbox"/> 50215	1592486	<i>Ingår i grundutförandet</i> Funktioner: - Av/på - 2 körprogram - Roll back delay - Batteri indikation
Tippskydd				
	Tippskydd med uppställningsfunktion	<input type="checkbox"/> 43390	1593206	Rullstolens standardtippskydd används i första hand.
Övrigt				
	Transport axel	<input type="checkbox"/> 45362	1591362	Underlättar vid transport av däcken

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5112	Version 1.4