

Beställningsunderlag drivaggregat E-drive

Leverantör: Decon Wheel

Särskild förskrivning:

Ja, vid ny förskrivning.

Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent

☐ Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: _____

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice

Box 507

961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Övrig information

--

Viktig information

Vid flygresa med E-drive:

Li-ion batteri kategoriseras som farligt gods enligt IATA:s regler. Generellt är det inte ett problem att ta detta batteri med i flygplanen. Brukaren skall kontakta flygbolaget innan resa eller bokning. Intyget för Li-ion batteri finns på Decon Wheels hemsida.

Drivaggregat E-drive (med joystick)

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	E-Drive Plus 22" Blackline	☐ xxxxx	MEDL322	Ökar stolsbredden ca 4 cm
	E-Drive Plus 24" Blackline	☐ 55372	MEDL324	Hastighet: 6 km/h Körsträcka: ca 30 km Brukarvikt: 125 kg
	E-Drive Plus 25" Blackline	☐ xxxxx	MEDL325	
	E-Drive Plus 26" Blackline	☐ xxxxx	MEDL326	
Ingår i grundutförandet				
Joystick med standardfäste		(Rak, svängbar åt sidan, "swingaway")		
Drivhjul med aluminiumdrivringar				
Batteri, Li-ion		(Litiumjonbatteri)		
Laddare				

Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Monteringssats				
	Cross			
	Om man behöver skifta mellan Etac's standarhjul och E-drive måste följande beställas: QR-Axel + kullager: 58222 (QR21272-HW042), sats för två hjul			
	Cross 5/ Cross 5 XL Cross 6	☐ 58397	MED3404	Beställ 2 stycken. Standard: Batteriet placerat bakom ryggstödet
	Panthera			
	- Om man behöver skifta mellan Pantheras standarhjul och E-drive så funkar det med Pantheras standardaxel. - Bakaxel Carbon + 1,5 behövs - Bromsen behöver breddas, Beställ: S3 broms: 38846 (4630000) + bromsblad för PU-däck: 44777 (4630150)			
	Panthera S3/U3 Panthera S3 låg 0°	☐ 54444	MED3134	Beställ 2 stycken. Standard: Batteriet placerat bakom ryggstödet
	Panthera S3/S3 Swing/U3 med höjningssats	☐ xxxxx	MED3409	

Övriga tillbehör				
	Parallellarm till joystick			
		☐ 55786	XOF-48160-D00	Parallellarmen har mer inställningsmöjligheter än standardfästet samt att det går att svänga parallellt åt sidan (viker undan mer). Spaken för att kunna svänga undan armen sitter längst fram (markerad i gult).
	Drivpaket E-drive 16" - Seabass			
		☐ 41114	387109	
	Extra batteri Li-ion			
		☐ 43090	XOC-82100-B00	Hyra